



Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87)
5626402,
www.spspzoz.pl e-mail: sekretariat@spspzoz.pl



Suwałki, dnia 17 marca 2022 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na : **dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Apteki Szpitalnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach**

Znak sprawy: ZP/2/PN/2022

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania których treść w wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZEŚCI 8 POZ. 1 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 100 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : TAK

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZEŚCI 13 POZ. 1 Zamawiający dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Przebadany dermatologicznie. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroithiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 11 do dozownika w systemie zamkniętym.

Odpowiedź : Tak

3. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZEŚCI 13 POZ. 2 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu

Bm

lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy. Zakres działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym.

Odpowiedź : Tak – warunek kompatybilność z dozownikami dispenso

4. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI 13 POZ. 3 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Preparat posiada zgłoszenie do CPNP. Opakowanie 500 ml dostosowane do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź : zgodnie z SWZ

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w CZĘŚCI 13 POZ. 3 wymaga opakowania 500 ml czy opakowania 1l do dozowników w systemie zamkniętym?

Odpowiedź : 1L kompatybilne z systemem dispenso

6. W przypadku dopuszczenia preparatu z CZĘŚCI 13 poz. 1 prosimy o określenie potrzebnej ilości w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

7. W przypadku dopuszczenia preparatu z CZĘŚCI 13 poz. 2 prosimy o określenie potrzebnej ilości w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

8. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI 15 POZ. 3 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 1L.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

9. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI 15 POZ. 4 Zamawiający dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany

jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

10. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 8 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr.A 250g, co odpowiada objętości 200 ml?

Odpowiedź : Tak

11. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 16, poz. 24 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 24 z pakietu 16 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

12. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 16, poz. 27 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 27 z pakietu 16 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

13. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie SWZ Pakiet 13, poz. 2 prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ używanego w Państwa placówce o handlowej nazwie CHEMISEPT GEL na bazie alkoholu etylowego (72,5G/100G) oraz alkoholu izopropylowego (7,5 G/100G)

Odpowiedź : TAK

14. Część 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści piankę myjąco-pielęgnującą o pojemności 400 ml, z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : TAK

15. Część 9 poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : Tak

393

16. Część 9 poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 8cmx1m do samodzielnego przycięcia w zależności od potrzeby Zamawiającego z przeliczeniem podanych ilości na 50op. (zamiast odcinków po 10cm będą mieli Państwo jeden odcinek 1m umożliwiając przycięcie plastra do długości wg bieżących potrzeb).

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

17. Część 9 poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

18. Część 9 poz. 21 - Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 21 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

19. Część 9 poz. 23, 25 - Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy o składzie: 60% poliester, 40% wiskoza?

Odpowiedź : Tak

20. Część 9 poz. 26, 27 - Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

21. Część 9 poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź : TAK

22. Część 9 poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź : TAK

23. Część 9 poz. 30, 31 - Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, nawinięty na rolkę?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

24. Część 9 poz. 30, 31 - Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy zamiast wiskozowego?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

25. Część 9 poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

BM

Odpowiedź : TAK

26. Część 9 poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź : TAK

27. Część 9 poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 76mm x 19mm pakowany a'500szt z przeliczeniem ilości na 1 opakowanie?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

28. Część 9 poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a'8szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : TAK

29. Część 9 poz. 32 - Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 32 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

30. Część 9 poz. 33-35- - Czy Zamawiający dopuści taśmy samoprzylepne z hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

31. Część 9 poz. 37 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z tupferami gazowymi 20 x 20 cm kula?

Odpowiedź : TAK

32. Część 9 poz. 37 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z dołączonymi osobno: strzykawką z wodą jałową z 10% gliceryną 10 ml oraz strzykawką z lubrykantem z lidokainą 6 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

33. Część 9 poz. 38 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdjęcia szwów z tupferami włókninowymi 20 cm x 20 cm kula?

Odpowiedź : TAK

34. Część 9 poz. 38 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdjęcia szwów z ostrzem prostym nr 11 rozm. 4,4 cm, zapakowane?

Odpowiedź : TAK

35. Część 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 25 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

36. Część 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności min. 1177ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

37. Część 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x90cm z warstwą chłonną o rozmiarze 55x75cm +/-2,5cm?

Odpowiedź : TAK

38. Część 16, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

39. Część 16, poz. 9-13 – Czy Zamawiający dopuści przedłużoną skalę uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odpowiedź : TAK

40. Część 16, poz. 9,13 – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : TAK

41. Część 16, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : TAK

42. Część 16, poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z pokrętłem posiadający optyczny indykator pozycji otwarty-zamknięty?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

43. Część 16, poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach 24G 0,7x19, 22G 0,9x25, 20G 1,1x32, 18G 1,3x45, 18G 1,3x32 przepływ 103ml/min, 17G 1,5x45, 16G 1,7x45, 14G 2,1x45, pozostałe przepływy zgodne z SWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

44. Część 16, poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź : TAK

45. Część 16, poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

B49

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

46. Część 16, poz. 23 – Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV

Odpowiedź : TAK

47. Część 16, poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonaną z ABS?

Odpowiedź : TAK

48. Część 16, poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach: 0,25x8mm, 0,3x8mm, 0,33x12mm?

Odpowiedź : TAK

49. Część 16, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z obudową wykonaną z poliwęglanu?

Odpowiedź : TAK

50. Część 16, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z objętością wypełnienia 0,09ml i przepływem 350ml/min?

Odpowiedź : TAK

51. Część 16, poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny z igłą 23G o głębokości nakłucia 1,8mm i igłą 21G o głębokości nakłucia 2,4mm?

Odpowiedź : TAK

52. Część 17 poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalę uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odpowiedź : TAK

53. Część 17, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : TAK

54. Część 17, poz. 46- Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie wew-folia,zew. papier/folia, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź : TAK

BMM

55. Część 17 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści śliniak pakowany po 50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : TAK

56. Część 17 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : TAK

57. Część 17 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź : TAK

58. Część 17 poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo.

Odpowiedź : TAK

59. Część 17 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : TAK

60. Część 17, poz. 24 - „Czy zamawiający wydzieli poz.24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

61. Część 17 poz. 37 – Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie wymaganej ilości. Brak tej informacji w formularzu cenowym.

Odpowiedź : 100 opakowań po 100 sztuk

62. Część 17, poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź : TAK

63. Część 17, poz. 26 – Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV

Odpowiedź : TAK

Bm

64. Część 17, poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonaną z ABS?

Odpowiedź : TAK

65. Część 17, poz. 28 - - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch oringów wokół rurki, pozostał parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : TAK

66. Część 17, poz. 33 - Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do lewatywy?

Odpowiedź : TAK

67. Część 17, poz. 39 - Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonana z wysokiej jakości polietylenu?

Odpowiedź : TAK

68. Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy nieorganiczne, zasady, aldehydy, alkohole – z wyłączeniem izopropanolu 70%)?

Odpowiedź : TAK

69. Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie wirusów – potwierdzone raportem z badań wykonanych w niezależnym laboratorium?

Odpowiedź : TAK

70. Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone DZ oraz piktogramem na opakowaniu?

Odpowiedź : TAK

71. Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 19 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych z wewnętrzną warstwą **polimeryzowaną i dodatkowo chlorowaną**. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 – ilość substancji: 14, w tym 10 substancji na 6 poziomie odporności. **Substancje chemiczne oraz poziom ich odporności** zgodnie z poniższą tabelą:

1342

Badana substancja chemiczna	Poziom odporności wg. EN ISO 374-1:2016	Czas przebicia [min]	Degradacja [%]
*4% Diglukonian chlorheksydyny	Poziom 6	> 480	19.0
40% Wodorotlenek sodu (K)	Poziom 6	> 480	-42.9
10-13% Podchloryn sodu	Poziom 6	> 480	14.7
50% Kwas siarkowy	Poziom 6	> 480	-20.5
10% Kwas octowy	Poziom 4	131	66.7
5% Bromek etydydy	Poziom 6	> 480	3.4
37% Formaldehyd (T)	Poziom 3	61	5.0
50% Aldehyd glutarowy	Poziom 6	> 480	27.4
0.1% Fenol	Poziom 6	> 480	33.8
30% Nadtlenek wodoru (P)	Poziom 2	31	22.8
1.5% Metanol w wodzie	Poziom 6	> 480	21.9
25% Wodorotlenek amonu (O)	Poziom 1	11	-52.0
3% Jod powidonu	Poziom 6	> 480	33.7
10% Nadwęglan sodu	Poziom 6	> 480	15.4

– na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. **Ponadto rękawice przebadane są na gotowe preparaty do dezynfekcji wg EN 16523-1 (zgodnie z poniższą tabelą) na bazie m.in. Izopropanolu z czasem przenikania do 480 minut, tj. 6 poziom odporności. Jednocześnie prosimy o odstąpienie wymogu wskazania stężenia izopropanolu.**

Badana substancja chemiczna	Poziom odporności	Czas przebicia [min]
Desderman N – Schulke Składnik: Etanol (CAS: 64-17-5)	0	7.5
Spiringel – Ecolab Składnik: Etanol (CAS: 64-17-5)	0	6.8
Skinman Soft – Ecolab Składnik: Izopropanol (CAS: 67-30-0)	6	> 480
Anios Gel Składnik: Etanol (CAS: 64-17-5)	1	16

– na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Uwaga: ww. tabele przedstawiają wszystkie substancje chemiczne oraz preparaty do dezynfekcji, na które rękawice zostały przebadane. Rękawice przebadane na przenikalność wirusów wg ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice dopuszczone do **kontaktu z żywnością** – na

PM

potwierdzenie Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta rękawic. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : TAK

72. Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 11 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji ilościowej do 5 dni roboczych.

Odpowiedź : NIE

73. Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez określenie zgodnie z treścią art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony. Postanowienie to jest obligatoryjnym elementem umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu przywołanych przepisów.

Odpowiedź : zamawiający modyfikuje umowę poprzez dodanie w §. 5 ust .3 tj. „Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10 % przedmiotu wartości umowy brutto.”

74. Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „*W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.*”
UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź : Nie

75. Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „*Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.*”
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się

wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „*stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.*” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odpowiedź : NIE

76. Pytanie 1: Czy Zamawiający w części 11 poz. 6 i 7 zmieni opis na opatrunki spełniające wymogi określone w SIWZ, ale o lepszych właściwościach, tj. niszczące biofilm bakteryjny i o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, gdyż opisane w tych pozycjach opatrunki są wycofane z produkcji?

Odpowiedź : TAK

77. Pytanie 2: Prosimy o wykreślenie zapisu z projektu umowy § 2 ust. 10 w części: „W przypadku rezygnacji z zamawianego materiału opatrunkowego oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Zamawiającemu przysługuje możliwość zwrotu towaru w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania dostawy” i dokonywanie przemyślanych zamówień wynikających z realnego zapotrzebowania szpitala.

Odpowiedź : Nie

78. Pytanie 3: Prosimy o wykreślenie zapisu z projektu umowy § 4 ust. 3 ze względu na nierówne traktowanie stron

Odpowiedź : Nie

79. Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości części dłoni rękawicy : min 0.05 mm, posiadające deklarację dopuszczenia do żywności , badania niezależne w tym zakresie oraz odpowiedni piktogram na opakowaniu zamiast certyfikatu o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

Odpowiedź : TAK

80. Część 16 poz.1 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x13mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

81. Część 16 poz.3 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x32mm?

Odpowiedź : TAK

82. Część 16 poz.4 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm?

Odpowiedź : TAK

83. Część 16 poz.5 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm?

Odpowiedź : TAK

84. Część 16 poz.6 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,1x38mm?

Odpowiedź : TAK

85. Część 16 poz.7 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm?

Odpowiedź : TAK

86. Część 16 poz.13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź : TAK

87. Część 16 poz.9-13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez typu strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź : TAK

88. Część 16 poz.14,15 Czy Zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

Odpowiedź : TAK

89. Część 16 poz.14 Czy Zamawiający dopuści jednostronne podcięcie tłoczyska?

Odpowiedź : TAK

90. Część 16 poz.21 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

91. Część 16 poz.21 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

92. Część 16 poz.21 Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami kontrastującymi?

Odpowiedź : Tak

93. Część 16 poz.21 Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry:

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

BW

14	Orange	270	2.1	32
16	Grey	200	1.8	32
18	Green	85	1.3	32
20	Pink	55	1.1	32
22	Blue	33	0.9	25
24	Yellow	18	0.7	19

94. Część 16 poz.22 Czy Zamawiający dopuści koreczek bez nazwy producenta bezpośrednio na koreczku?

Odpowiedź : Tak

95. Część 16 poz.26 Czy Zamawiający dopuści przepływ 320ml/min?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

96. Część 16 poz.26 Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,085ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

97. Część 16 poz.26 Czy Zamawiający dopuści port wykonany z poliwęglanu?

Odpowiedź : Tak

98. Część 17 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź : Tak

99. Część 17 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez typu strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź : Tak

100. Część 17 poz.5 Czy Zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

Odpowiedź : Tak

101. Część 17 poz.10 Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 200cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

BM

102. Część 17 poz.19 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z folii PE?

Odpowiedź : Tak

103. Część 17 poz.19 Czy Zamawiający wymaga ochraniaczy niskich?

Odpowiedź : Tak

104. Część 17 poz.24 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

105. Część 17 poz.24 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

106. Część 17 poz.24 Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami kontrastującymi?

Odpowiedź : TAK

107. Część 17 poz.24 Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry:

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

14	Orange	270	2.1	32
16	Grey	200	1.8	32
18	Green	85	1.3	32
20	Pink	55	1.1	32
22	Blue	33	0.9	25
24	Yellow	18	0.7	19

108. Część 17 poz.24 Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach:

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

14 G	2,1 x 45	305 ml/min
16 G	1,7 x 45	200 ml/min
17 G	1,5 x 45	142 ml/min
18 G	1,3 x 45	100 ml/min
18 G	1,3 x 32	105 ml/min
20 G	1,1 x 32	61 ml/min
20 G	1,1 x 25	65 ml/min
22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Bm

24 G 0,7 x 19 23 ml/min

109. Część 17 poz.37 Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie ilości sztuk czepka.

Odpowiedź : 100 opakowań po 100 sztuk

110. Część 19 poz.1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

111. Część 19 poz.1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,05mm?

Odpowiedź : TAK

112. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 10 dopuści wycenę strzykawki 2ml z rozszerzeniem skali do 2,5ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : TAK

113. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 18 dopuści wycenę opakowań x 96 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź : Tak

114. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 22 dopuści wycenę opakowań x 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź : TAK

115. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, część: 2, 3, 4) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga

116. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, część: 2, 3, 4) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtką nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Bh

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

117. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, część: 2, 3, 4) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź :Tak

118. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, część 5) piankę (emulsja olejowo-wodna) przeznaczoną do pielęgnacji okolicy krocza, a także do całego ciała i ograniczająca nieprzyjemny zapach, zapewniającą utrzymanie naturalnego pH skóry. Wielkość opakowania o pojemności 400ml.

Odpowiedź : TAK

119. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, część 7) chusteczki nasączone w rozmiarze 30 x 20 cm, stosowane przede wszystkim do pielęgnacji skóry w okolicy krocza osób cierpiących na nietrzymanie moczu, zwłaszcza przy zmianie produktu chłonnego, posiadające przezroczyste, półtwarde wieczko, które zapewnia łatwość przechowywania. Opakowanie 48 szt. lub 80 szt.?

Odpowiedź :TAK

120. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, część 8) bezzapachowy krem łagodzący, przeznaczony dla skóry podrażnionej i wrażliwej, łatwy do rozprowadzania i usuwania, bez konieczności wcierania/ścierania, zawierający w swoim składzie min. tlenek cynku (10%), witaminę E i wazelinę, testowany dermatologicznie, pojemność 100ml?

Odpowiedź :TAK

121. Pytanie nr 7 dotyczy Części nr 16 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9x50 mm pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

122. Pytanie nr 8 dotyczy Części nr 16 poz. 9: Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci podwójnej kryzy na korpusie?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

123. Pytanie nr 9 dotyczy Części nr 16 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź : TAK

124. Pytanie nr 10 dotyczy Części nr 16 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane po 300 szt.?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

125. Pytanie nr 11 dotyczy Części nr 16 poz. 21: Czy Zamawiający dopuści Kaniule dożylnie bezpieczna wykonane z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczone przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiając żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, wyposażona w kapilary, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły), opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty) Kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min, 20G/32mm (1,1) 60ml/min, 18G/45mm (1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,7) 180ml/min, G14/45mm (2,1) 270ml/min.?

Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

126. Pytanie nr 11 dotyczy Części nr 16 poz. 26: Czy Zamawiający dopuści Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier?

Odpowiedź :TAK

127. Pytanie nr 11 dotyczy Części nr 16 poz. 21: Czy Zamawiający dopuści Kaniule Bezpieczne

z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. Dane techniczne produktu: igła wykonana ze stali nierdzewnej, cewnik wykonany z poliuretanu PUR, zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe, wyposażona w skrzydełko, z portem bocznym, 2 linie RTG, zastawka antyzwrotna, jałowa, okres trwałości 5 lat

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

		Cewnik •			Nr katalogowy
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)	Radiopaque
14	pomarańczowy	2.1	45	300	41314BI
16	szary	1.8	45	200	41316BI
17	biały	1.5	45	140	41317BI
18	zielony	1.3	45	90	41318BI
20	różowy	1.1	33	61	41320BI
22	niebieski	0.9	25	36	41322BI
24	żółty	0.7	19	15	41324BI

128. Pytanie nr 11 dotyczy Części nr 16 poz. 22: Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem zamykającym światło kaniuli minimalnie powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź :Tak

129. Pytanie nr 13 dotyczy Części nr 17 poz. 16-17: Czy Zamawiający wymaga masek do podawania tlenu pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

130. Pytanie nr 14 dotyczy Części nr 17 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści Zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym, który w zestawie posiada: pojemnik 25 ml, zakrętkę z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętkę zabezpieczającą pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna?

Odpowiedź :TAK

M

131. Pytanie nr 15 dotyczy Części nr 17 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o wymiarach 80x120 cm?

Odpowiedź :TAK

132. Pytanie nr 16 dotyczy Części nr 17 poz. 33: Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy sterylny ?

Odpowiedź :TAK

133. Pytanie nr 17 dotyczy Części nr 18 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniające poniższy opis?

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitylowe niejałowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i SOI KATIII, Typ B, zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania Mediana min. 7,5N; AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec - 0,10mm – 0,12mm, dłoń - 0,07mm- 0,09mm, zgodne z ISO EN 374-5. Przebadane i odporne na 13 - 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 lub metodą równoważną, przebadane wg EN 16523 - 1 na min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL według zapotrzebowania.

Odpowiedź : ZGODNIE z SWZ

134. Część nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, pakowane po 12 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

135. Część 2, 3, 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągacza taliowego w tylnej części produktu, z czterema przylepcorzepami do wielokrotnego mocowania, z podwójnym wskaźnikiem wilgotności – tuszowym nadrukiem rozmywającym się pod wpływem cieczy i dwoma paskami zmieniającymi barwę, który pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki, z dwoma anatomicznie ukształtowanymi wkładami chłonnymi z pulpy celulozowej z superabsorbentem, które pozwalają na szybkie wchłanianie cieczy, oddychające na całej powierzchni – warstwa boczna oraz wewnętrzna i zewnętrzna strona wkładu chłonnego, z falbankami bocznymi skierowanymi na zewnątrz? Produkty z jednym ściągaczem w tylnej części oraz bez ściągacza są produktami o podobnym standardzie ze strony użytkowej, ponieważ w dużej mierze to bariereki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Oferowane w naszym produkcie falbanki boczne skierowane są na zewnątrz, dzięki czemu nie powodują niebezpiecznych zagięć, co skutecznie chroni przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Pragniemy wyjaśnić, że proponowane rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty ekonomicznej i korzystnej cenowo.

Odpowiedź : Tak z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

136. **Część 6, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu o pojemności 200ml, z przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 125 opak.?

Odpowiedź : TAK

137. **Część 7, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek z wyciągiem z aloesu, pakowanych po 68 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań tj. 736 opak.?

Odpowiedź : TAK

138. **Część 19, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze białym, grubość rękawicy w palcach min. 0,07mm, na dłoni min. 0,05mm?

Odpowiedź : TAK

139. **Część 19, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie zgodności z normami przedstawienia karty danych technicznych wystawionej przez producenta?

Odpowiedź : TAK

140. **Część 19, poz. 1:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic przebadanych na przenikanie związków chemicznych zgodnie z normą PN-EN 16523-1 (norma PN EN 374-3 została wycofana).

Odpowiedź : TAK

141. **Część 19, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie wyników na przenikanie związków chemicznych wykonanych przez laboratorium producenta?

Odpowiedź : TAK

DYREKTOR
B. Lapińska
Bożena Łapińska