



Specjalistyczny Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87)  
5626402,  
www.spspoz.pl e-mail: sekretariat@spspoz.pl



Suwałki, dn. 16.04.2024r.

**Dotyczy: „Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Apteki Szpitalnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach”**

**Znak sprawy: ZP/3/PN/2024**

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający w Części 10 poz. 2 dopuści wycenę kranika trójdrożnego posiadającego pokrętło tylko z optycznym indykatorem pozycji?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający w Części 10 poz. 13 dopuści wycenę koreczków posiadających trzpień powyżej krawędzi koreczka, gwarantujący pełne i szczelne zamknięcie światła kaniuli?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający w Części 14 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli dożylniej, bezpiecznej wykonanej z poliuretanu; z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, skrzydełka wyposażone w otwory, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia. Kaniula posiada wtopione paski radio cieniujące – 6 pasków RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja oznaczenia rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności. Igła z automatycznym zabezpieczeniem plastikowym (zatrzaskiem) zapobiegającym zakłuciu; w rozmiarach odpowiednio: 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min., 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min., 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min., 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min., 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min., 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min., 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min., 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min?

*pmz*

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający w Części 14 poz. 2 dopuści wycenę koreczków posiadających trzpień powyżej krawędzi koreczka, gwarantujący pełne i szczelne zamknięcie światła kaniuli?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający w Części 14 poz. 2 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 6:** Część 4 Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 7:** Część 4 poz. 20, 22 - Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy o składzie: 60% poliester, 40% wiskoza z wkładem chłonnym o składzie: 70% wiskoza, 30% polipropylen?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 8:** Część 4 poz. 23-26 - Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 9:** Część 4 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 10:** Część 4 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'24szt z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 11:** Część 4 poz. 24, 25 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 12:** Część 4 poz. 24, 25 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'12szt z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 13:** Część 4 poz. 26- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem podanych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 14:** Część 4 poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'6szt z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 15:** Część 4 poz. 25-26 - Czy Zamawiający dopuści plaster bawełniany?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 16:** Część 4 poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 72mm x 25mm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 17:** Część 4 poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 18:** Część 4 poz. 28-30- - Czy Zamawiający dopuści taśmy samoprzylepne z hipoalergicznym klejem akrylowym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 19:** Część 4 poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w kolorze białym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 20:** Część 4 poz. 32- - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w opakowaniu a'6szt pasków z przeliczeniem podanych ilości? Pragniemy zauważyć, że na rynku nie ma pasków do zamykania ran pakowanych a'1szt.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 21:** Część 4 poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran o brzegach prostych?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 22: Część 4 Pozycja 33** Czy Zamawiający w przypadku wezwania do dostarczenia próbek dopuści przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 23: Część 4 Pozycja 33** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie z dołączoną miską nerkowatą PVC mogącą służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstające podczas zabiegu:

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa

- 1 Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
- 5 Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 4 Tupfer z gazy 17N bez nitki RTG 20cm x 20cm
- 1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 Strzykawką 3-częściową 20ml luer
- 1 Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 Pęseta plastikowa niebieska dł. 13cm
- 1 Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 2 Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M  
Osobno pakowane:
- 1 Żel do znieczulenia w ampułkostrzykawkce 5 ml
- 2 Strzykawki z wodą sterylną (2 x 10 ml)?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 24:** Część 4 Pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką 20 ml oraz igłą iniekcyjną bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 25:** Część 4 Pozycja 34 Czy Zamawiający dopuści zestaw z ostrzem prostym nr 11, rozmiar 4,4 cm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 26:** Część 10 Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 27:** Część 10 Pozycja 3-6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z skalą rozszerzoną o 10%, z pojedynczą kryzą ograniczającą oraz z nazwą producenta i typem strzykawki na korpusie?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 28:** Część 10 Pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy wykonany z poliuretanu z możliwością stosowania do 7 dni lub 350 aktywacji, z objętością wypełnienia 0,09ml?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 29:** Część 10 Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 165ml/min?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 30:** Część 10 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o przepływie 160ml/min?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 31:** Część 10 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z zawartością PCV, pakowany ciasno co uniemożliwia jego przemieszczanie się w opakowaniu, bez opaski stabilizującej o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, dwupłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną końcówką, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (zieloną) klapką
- komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną z dodatkowym pierścieniem dociskowym ułatwiającym wkłucie w pojemniki z płynami
- na komorze kroplowej wytłoczone oznaczenie producenta
- przyrząd w całości łącznie z kołcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu \_\_\_\_\_ ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 32:** Część 10 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd pakowany w opakowanie a'25 sztuk?

**Odpowiedź: tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ**

**Pytanie 33:** Część 10 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd mogący pracować w systemie zamkniętym do momentu aż nie zostanie otwarty filtr powietrza?

**Odpowiedź: tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ**

**Pytanie 34:** Część 10 Pozycja 10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania z cytostatykami?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 35:** Część 10 Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z objętością wypełnienia 0,06ml, z możliwością użytkowania do 7 dni lub 140 aktywacji?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 36:** Część 10 Pozycja 11 Czy Zamawiający wykreśli pozycję pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 37:** Część 10 Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wyposażoną w 6 pasków RTG, z portem górnym wyposażonym w samodomykający się korek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

*Przebieg*

**Pytanie 38:** Część 10 Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną o następujących rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 1/2"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/2 "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 39:** Część 10 Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 40:** Część 10 Pozycja 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania z cytostatykami?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 41:** Część 10 Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści port wykonany z poliwęglanu?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 42:** Część 11 Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznikiem optycznym identyfikatorem pozycji?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 43:** Część 11 Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x40mm?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 44:** Część 11 Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze: 0,25x8mm, 0,3x8mm oraz 0,33x12mm?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 45:** Część 11 Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 46:** Część 11 Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dwoma łącznikami?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 47:** Część 11 Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o gładkiej/nie zmrożonej powierzchni?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 48:** Część 11 Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 49:** Część 11 Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści ślinik pakowany po 50szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 50:** Część 11 Pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawani tlenu o długości 200cm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 51:** Część 11 poz. 29, 45 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 52:** Część 11 Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy pakowanych a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?


**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 53:** Część 11 Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 23G 1,8mm oraz 21G 2,4mm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 54:** Część 11 Pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach jak na zdjęciu:

Pojemnik na wydzielinę 25 ml (skalowany co 1 ml)  
W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania  
Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami ssącymi między CH 4-20  
W zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikująca  
Nie zawiera lateksu  
Nie zawiera ftalanów  
Jednorazowego użytku  
Sterylizowany tlenkiem etylenu  
Termin ważności: 5 lat  
Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 55:** Część 11 Pozycja 47 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1 µm o następujących właściwościach:

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt
- Ostry kołec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- Wyzłobienie kołca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płyn)
- Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- Filtr - cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Wyrób niepirogenny
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia

**Odpowiedź: tak**


*pn*

**Pytanie 56:** Część 11 Pozycja 48 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV? Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 57:** Część 11 Pozycja 48 Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

- wykonane z PCW o jakości medycznej
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- niepirogenne
- przyrząd do szybkiego przetaczania wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności



**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 58:** Część 11 Pozycja 50 Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę anatomiczną jak na zdjęciu:



**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 59:** Część 11 Pozycja 54,59 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 60:** Część 11 Pozycja 54 Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 61:** Część 11 Pozycja 58 Czy Zamawiający dopuści cewnik foley'a bez powłoki z srebra?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 62:** Część 11 Pozycja 58 Czy Zamawiający wykreśli pozycję pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 63:** Część 11 Pozycja 63 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 64:** Część 11 Pozycja 64 Czy Zamawiający dopuści dren z końcówką o średnicy zewnętrznej 8mm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 65:** Część 11 Pozycja 66 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 66:** Część 12 Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie wymaga złożenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z zapisami rozdziału VI SWZ, mimo wskazania w opisie przedmiotu zamówienia dołączonych do oferty raportów i certyfikatu.

**Odpowiedź: nie wyrażam**

**Pytanie 67:** Część 12 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 68:** Część 12 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych zgodnie z EN 16523-1, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej w tym 70% izopropanol z czasem przenikania min. 44 min.?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 69:** Część 12 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone Certyfikatem z jednostki niezależnej?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 70:** Część 12 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone deklaracją zgodności producenta?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 71:** Część 13 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza prosta, z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania. Długość 71-82cm. Posiada 3 kieszenie (2 w dolnej części – wymiar 18x19cm oraz jedna mniejsza w części górnej – wymiar 12,5 x 5cm). Spodnie z trokami w pasie. Długość 105-121cm. Dostępne w kolorach: zielonym, niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3. Komplet pakowany w worek foliowy. Rozmiary S-XXXL.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 72:** Część 13 Pozycja 2-9 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 73:** Część 14 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków RTG, z koreczkiem powyżej krawędzi, z plastikowym zabezpieczeniem chroniącym przed zaktuciem z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 74:** Część 14 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 75:** Część 14 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi z nazwa producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 76:** Część nr 2 ( dot. części 4 ): Poz. nr 9 i 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania produktów będących nie wyrobami medycznymi a wyrobami higienicznymi i w związku z tym opodatkowanych stawką podatku VAT 23%?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 77:** Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ligniny w rozmiarze 37cm x 57cm?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 78:** Poz. nr 19-26 – czy jako przyklepic materiałowy Zamawiający rozumie przyklepic na tkaninie, a jako przyklepic wiskozowy – przyklepic na włókninie?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 79:** Poz. nr 27 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania 10 opakowań następujących plastrów:

### Cosmos® universal water-resistant

Zestaw 40 uniwersalnych plastrów w 5 różnych kształtach



#### Zastosowanie:

Uniwersalny plaster opatrunkowy w cielistym kolorze, wykonany z folii z mikroperforacją, chroniący ranę przed zakażeniem, idealnie niszczy się do szybkiego i higienicznego zaopatrywania niewielkich ran i skaleczeń.

#### Charakterystyka:

- 40 sztuk plastrów w 5 różnych kształtach;
- Odporny na brud i zachłapanie;
- Oddychający i przyjazny dla skóry;
- Brzegi plastra idealnie przylegają do skóry;
- Posiadający doskonałe właściwości wchłaniające;
- Nie przykleja się do rany.

Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Ø 22 mm (4 x) 9 mm x 38 mm (6 x) 16 mm x 57 mm (8 x)	40 szt.	530 160	200

P14

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 80: Pakiet 10 Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.)

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 81: Poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – mocny matowy kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) i długą elastyczną komora kroplową jednoczesiową , opakowanie min. 30 szt

**Odpowiedź:** tak, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 82: Pakiet 11 Poz. 47**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu/aparatu do pobierania leków z zaworem bezigłowym, z dezynfekowalną membraną , który pełni funkcję zastawki przeciwwrotnej, która zabezpiecza lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; i szczelnej zatyczki niskocząsteczkowy filtr bakteryjny (0,2 µm) zapewniający maksymalną ochronę zawartości przed zanieczyszczeniami;

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 83: Poz. 48**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z (wolna od PVC) o długości 60 mm w części przezroczystej . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 84: Pakiet 12**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych o poniższych parametrach:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpydrowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2  $\geq 6$  N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. **Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.** Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. **Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.** Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), **odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6).** Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). **Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu.** Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 85: Część 10 pozycja 3,4,5,6:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe Luer bez rozszerzonej skali pomiarowej?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 86: Część 10 pozycja 3,4,5,6:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe Luer, które posiadają kolorystyczne oznakowanie strzykawki na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 87: Część 10 pozycja 3,4,5,6:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe Luer z kontrastującym niebieskim tłem i rozszerzoną skalą pomiarową?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 88: Część 10 pozycja 3:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe Luer 2 ml z rozszerzeniem do 3ml?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 89: Część 10 pozycja 6:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowanie zbiorcze po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 90: Część 10 pozycja 6:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowanie zbiorcze po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 91: Część 10 pozycja 7:**

Czy zamawiający dopuści podwójny zawór bezigłowy z drenem o przepływie 100ml/min?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 92: Część 10 pozycja 8:**

Czy zamawiający dopuści potrójny zawór bezigłowy z drenem o długości 9-10 cm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 93: Część 10 pozycja 9:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd:

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- Posiada komorę kroplową, której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

- Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- Długość drenu: 180 cm
- Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 94: Część 10 pozycja 10:**

Czy zamawiający dopuści łącznik fiołki o objętości wypełnienia 0,05ml?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 95: Część 10 pozycja 11:**

Czy zamawiający wymaga, żeby koreczki do dezynfekcji były sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 96: Część 10 pozycja 13:**

Czy zamawiający dopuści koreczek do kaniul, który posiada nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 97: Część 10 pozycja 13:**

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul w opakowaniu typu twardej blister umożliwiającego wyjście koreczka nie powodującego jego kontaminacji?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 98: Część 10 pozycja 14:**

Czy Zamawiający wymaga koreczka Combi w opakowaniu typu twardej blister umożliwiającego wyjście koreczka nie powodującego jego kontaminacji?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie 99: Część 13 pozycja 1:**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie oczekuję**

2. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie oczekuję**

3. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza, nie oczekuję

**Pytanie 100: Część 13 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści ubranie medyczne w rozmiarze S-XXXL?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 101: Część 13 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści ubranie medyczne o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 102: Część 13 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści ubranie wyłącznie w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 103: Część 13 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści ubranie z okrągłym wycięciem z białą lamówką?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie 104: Część 13 pozycja 2-9:**

Czy zamawiający dopuści igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź:** tak z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 105: Część 13 pozycja 2-9:**

Czy zamawiający dopuści igły jednorazowego użytku do iniekcji, które nie są igłami bezpiecznymi?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 106: Część 13 pozycja 11:**

Czy zamawiający dopuści opatrunek do kaniul w rozmiarze 6x8cm bez ramki ?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 107: Część 14 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści bezpieczną kaniulę wykonaną z PUR, która posiada 6 pasków widocznych w promieniach RTG?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 108: Część 14 pozycja 1:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniule posiadały nazwę producenta bezpośrednio na kaniuli i dopuszczenie nazwy producenta na opakowaniu jednostkowym? W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie opisanego wymogu

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Pytanie 109: Część 14 pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarach:

Rozmiar Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar	Długość
			mm	mm
14G	Pomarańczowy	270	2,1	45
16G	Szary	200	1,8	45
17G	Biały	140	1,5	45
18G	Zielony	85	1,3	32
18G	Zielony	85	1,3	45
20G	Różowy	55	1,1	32
20G	Różowy	55	1,1	25
22G	Niebieski	33	0,9	25
24G	Zółty	18	0,7	19

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 110: Część 14 pozycja 2:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta bezpośrednio na koreczku i dopuszczenie nazwy producenta na opakowaniu jednostkowym? W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie opisanego wymogu

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 111: Część 14 pozycja 2:**

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniuli w opakowaniu typu twardej blister umożliwiającego wyjście koreczka nie powodującego jego kontaminacji?

**Odpowiedź: dopuszcza, nie wymaga**

**DYREKTOR**  
  
**Bożena Łapińska**