



Specjalistyczny Psychiatryczny

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87) 5626402,

www.spspzoz.pl e-mail: [sekretariat@spspzoz.pl](mailto:sekretariat@spspzoz.pl)



Suwałki, dn. 18.04.2025r.

**Dot.: „ Dostawy materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Działu Farmacji Szpitalnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach” Nr sprawy: ZP/6/PN/2025**

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

**1. Cześć 2, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek zawierających alantoinę i witaminę E pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?**

**Odpowiedź : Tak.**

**2. Cześć 2 poz. 6: czy Zamawiający dopuści krem w opakowaniu a'100 ml z przeliczeniem zamawianych ilości?**

**Odpowiedź : Tak.**

**3. Cześć 3, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu o pojemności 200ml, z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?**

**Odpowiedź : Tak.**

**4. Dot. postępowania**

W związku z faktem, iż termin składania ofert przypada na dzień 22.04.2025r., zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert. Postępowania prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r., zatem Wykonawcy mają czas do dnia 18.04.2025 godz. 23:59 na zadawanie pytań. Zamawiający

**D Y R E K T O R**  
*BŁ*  
**Bożena Łapińska**

fizycznie nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania w tak krótkim czasie, ponieważ pomiędzy dniem składania a ostatnim dniem na zadawanie pytań, nie ma żadnego dnia roboczego. Dodatkowo Wykonawcy nie będą mieli czasu na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami. Zgodnie z art. 8 ust. 4, 5 Ustawy o zamówieniach publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), który brzmi: „4. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. 5. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.” Zgodnie również z Kodeksem cywilnym, który definiuje sposób obliczania dni „§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.” (Art. 111, § 2)

W związku z powyższym, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień co najmniej 25.04.2025r.

**Odpowiedź :** Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 2019), przedłuża termin składania oraz wyznacza termin otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści swz polegające na:

**Termin składania ofert : 24.04.2025r. godz. 8.30**

**Termin otwarcia ofert : 24.04.2025r. godz. 9.00**

**Termin związania ofertą : 23.05.2025 r.**

#### 5. Część 8, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poniższych parametrach.

Rękawice diagnostyczne wykonane z nitylu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą chlorowaną, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Gładkie z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,06mm. Rękawice przebadane przez producenta na zgodność EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, z potwierdzeniem na opakowaniu. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg EN ISO 374-1 – przebadane przez jednostkę niezależną na przynajmniej 4 związki chemiczne (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min. 16 minut). Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie ASTM F1671 – badanie wykonane przez jednostkę niezależną. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej. Badanie migracji globalnej wykonano w laboratorium niezależnym zgodnie z EN 1186. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od S do XL zawierające 100 szt. rękawic.

**Odpowiedź : Tak.**

DYREKTOR

*Bż*  
Bożena Zapińska