



Specjalistyczny Psychiatryczny

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87) 5626402,

www.spspzoz.pl e-mail: sekretariat@spspzoz.pl



Suwałki, dn. 18.04.2025r.

Dot.: „ Dostawy materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Działu Farmacji Szpitalnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach” Nr sprawy: ZP/6/PN/2025

Wszyscy uczestnicy

postępowania

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

1. Część 4 pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : tak

2. Część 4 pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe kartonik a'24szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : tak

3. Część 4 pozycja 24, 25 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : tak

4. Część 4 pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe kartonik a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : tak

B.M.

5. **Cześć 4 pozycja 32** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : tak

6. **Cześć 4 pozycja 33** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta 45 cm x 75 cm 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat EN 13795 (owinięcie)

1 x serweta 75 cm x 90 cm z otworem 10 cm i przecięciem 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat EN 13795

4 x tufpery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

5 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml opakowana

1 x igła 1,2 mm x 40 mm różowa opakowana

1 x kleszcze plastikowe Kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa zielona 12,5 cm-13 cm

2 x rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M opakowane

twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety

Pakowane osobno

1 x Strzykawka z wodą jałową i 10 % gliceryną 10 ml

1 x Żel do znieczuleń błon śluzowych 6 ml (ampułkostrzykawka)?

Odpowiedź : tak

7. **Cześć 4 pozycja 33** Czy Zamawiający w przypadku wezwania dopuści przedstawienie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź : tak

8. **Cześć 4 pozycja 34** Czy Zamawiający dopuści zestaw z ostrzem chirurgicznym nr 11 (4,4cm)?

Odpowiedź : tak

9. **Cześć 5 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : tak

10. Część 8 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie wymaga złożenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z zapisami rozdziału VI SWZ, mimo wskazania w opisie przedmiotu zamówienia dołączonych do oferty raportów i certyfikatu.

Odpowiedź : tak

11. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

12. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych zgodnie z EN 16523-1, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej w tym 70% izopropanol z czasem przenikania min. 44 min.?

Odpowiedź : tak

13. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone Certyfikatem z jednostki niezależnej?

Odpowiedź : tak

14. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone deklaracją zgodności producenta?

Odpowiedź : tak

15. Część 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków RTG, z koreczkiem powyżej krawędzi, z plastikowym zabezpieczeniem chroniącym przed zakłuciem z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

16. Część 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1½"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

17. Część 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

Odpowiedź : tak

18. Część 10 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x25mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

19. Część 10 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

20. Część 10 pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia?


Odpowiedź : Tak

21. Część 10 pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek laryngologicznych za opakowanie a'100sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź : tak

22. Część 10 pozycja 37 Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

- wykonane z PCW o jakości medycznej
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- niepirogenne
- przyrząd do szybkiego przetaczania wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności



Odpowiedź : tak

23. Część 10 pozycja 38 Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę anatomiczną jak na zdjęciu:

BN



?

Odpowiedź : tak

24. Część 10 pozycja 42, 47 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : tak

25. Część 10 pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści cewnik foley'a bez powłoki z srebra?

Odpowiedź : tak

26. Część 10 pozycja 46 Czy Zamawiający wykreśli pozycję pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

27. Część 10 pozycja 53 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź : tak

28. Dot. Części Nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby kranik wykonany był z poliamidu, tj. materiału wytrzymałego na pęknięcia spowodowane wysokim ciśnieniem?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga

29. Dot. Części Nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga

30. Dot. Części Nr 10 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie cewnika foley z zastawką wykonaną z plastiku. Cewnik foley pakowany podwójnie wewnątrz worek foliowy, zewnątrz worek foliowo-papierowy.

Odpowiedź : tak

B. M.

31. Dot. Części Nr 10 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie wyceny za. Op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź : tak

32. Dot. Części Nr 10 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie wyceny za. Op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź : tak

33. Dot. Części Nr 10 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie wyceny za. Op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź : tak

34. Dot. Części Nr 10 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos 300 cm w opakowaniu folia- folia?

Odpowiedź : tak

35. Dot. Części Nr 10 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos 200 cm w opakowaniu folia- folia?

Odpowiedź : tak

36. Dot. Części Nr 10 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania z nazwą dystrybutora poniżej konektora, zamiast nazwy producenta ? Nazwa dystrybutora, również w łatwy sposób pozwala zidentyfikować produkt.

Odpowiedź : tak

37. Dot. Części Nr 10 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania z otworami bocznymi naprzeciwległymi.

Odpowiedź : tak

38. Dot. Części Nr 10 poz. 22

Czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga

39. Dot. Części Nr 10 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 200 szt.?

Odpowiedź : tak

40. Dot. Części Nr 10 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy do pobrań krwi a'100sztuk Igła 21G 1,8mm oraz 21G 2,4mm– w zależności od potrzeby zamawiającego?

Odpowiedź : tak

41. Dot. Części Nr 10 poz. 22

Czy Zamawiający zamiast daty sterylizacji, dopuści datę produkcji umieszczoną na op. jednostkowym?

Odpowiedź : tak

42. Dot. Części Nr 10 poz. 26

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowy z drenem, które posiadają stały łącznik.

Odpowiedź : tak

43. Dot. Części Nr 10 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem, które posiadają stały łącznik.

Odpowiedź : tak

44. Dot. Części Nr 10 poz. 26-28

Czy Zamawiający wymaga masek pozbawionych szkodliwych ftlanaów?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga

45. Dot. Części Nr 10 poz. 28

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z workiem, które posiadają stały łącznik.

Odpowiedź : tak

46. . Dot. Części Nr 10 poz. 36

Prosimy o dopuszczenie przyrządu zgodnego z poniższym opisem:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 65mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzonej w

filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99,999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowaniu informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny

Odpowiedź : tak

47. Dot. Części Nr 10 poz. 36

Czy Zamawiający miał na myśli dużą komorę kroplową o długości minimum 6 cm w części przezroczystej?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

48. Dot. Części Nr 10 poz. 50 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka CH24 średnica zewnętrzna 8 mm średnica wewnętrzna 5 mm, długość 210 cm ?

Odpowiedź : tak

49. Dot. Części Nr 10 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z CH 24 średnica zewnętrzna 10 mm średnica wewnętrzna 7 mm, długość 210 cm, z końcówką?

Odpowiedź : tak

50. Dot. Części Nr 10 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z CH 24 średnica zewnętrzna 10 mm średnica wewnętrzna 7 mm, długość 210 cm, z końcówką?

Odpowiedź : tak

51. Dot. Części Nr 10 poz. 58-61

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną kryzą zabezpieczającą tłok strzykawki przed wypadnięciem?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga

52. Dot. Części Nr 10 poz. 58-61

Czy Zamawiający wymaga wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6% ? Zbieżność stożka Luer Tip 6% odpowiada normie medycznej, która zapewnia kompatybilność strzykawek z innymi produktami medycznymi z wejściem Luer.

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga

53. Dot. Części Nr 10 poz. 58-61

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą o 20%?

Odpowiedź : tak

54. Dot. Części Nr 10 poz. 61

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : tak

55. Dot. Części Nr 10 poz. 63

Czy Zamawiający dopuści rurki guedel wykonane z polietylenu?

Odpowiedź : tak

D Y R E K T O R


Bożena Łapińska