



**Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach**
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87) 5626402,
www.spspzoz.pl e-mail: sekretariat@spspzoz.pl



Suwałki, 22.04.2026r.

Dotyczy: „Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Działu Farmacji Szpitalnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach” **Nr sprawy: ZP/4/PN/2026**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuje, że w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

1. Dot. Części Nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby kranik wykonany był z poliamidu, tj. materiału wytrzymałego na pęknięcia spowodowane wysokim ciśnieniem?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

2. Dot. Części Nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

3. Dot. Części Nr 10 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie cewnika foley z zastawką wykonaną z plastiku. Cewnik foley pakowany podwójnie wewnątrz worek foliowy, zewnątrz worek foliowo-papierowy.

Odpowiedź : Tak.

4. Dot. Części Nr 10 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie wyceny za. Op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 500 op. po 100 szt.

Odpowiedź : Tak.

5. Dot. Części Nr 10 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie wyceny za. Op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 11 250 op. po 80 szt.

Odpowiedź : Tak.

6. Dot. Części Nr 10 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos 300 cm w opakowaniu folia- folia?

Odpowiedź : Tak.

7. Dot. Części Nr 10 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos 200 cm w opakowaniu folia- folia?

Odpowiedź : Tak.

8. Dot. Części Nr 10 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania z nazwą dystrybutora poniżej konektora, zamiast nazwy producenta ? Nazwa dystrybutora, również w łatwy sposób pozwala zidentyfikować produkt.

Odpowiedź : Tak.

9. Dot. Części Nr 10 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania z otworami bocznymi naprzeciwległymi.

Odpowiedź : Tak.

10. Dot. Części Nr 10 poz. 25

Czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania pozbawionych szkodliwych ftlanów?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

11. Dot. Części Nr 10 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 200 szt.?

Odpowiedź : Tak.

12. Dot. Części Nr 10 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy do pobrań krwi a'100sztuk Igła 21G 1,8mm oraz 21G 2,4mm– w zależności od potrzeby zamawiającego?

Odpowiedź : Tak.

13. Dot. Części Nr 10 poz. 25

Czy Zamawiający zamiast daty sterylizacji, dopuści datę produkcji umieszczoną na op. jednostkowym?

Odpowiedź : Tak.

14. Dot. Części Nr 10 poz. 29

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowy z drenem, które posiadają stały łącznik.

Odpowiedź : Tak.

15. Dot. Części Nr 10 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem, które posiadają stały łącznik.

Odpowiedź : Tak.

16. Dot. Części Nr 10 poz. 29-31

Czy Zamawiający wymaga masek pozbawionych szkodliwych ftlanów?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

17. Dot. Części Nr 10 poz. 31

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z workiem, które posiadają stały łącznik.

Odpowiedź : Tak.

18. Dot. Części Nr 10 poz. 42

Prosimy o dopuszczenie przyrządu zgodnego z poniższym opisem:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 65mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w

filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny.

Odpowiedź : Tak.

19. Dot. Części Nr 10 poz. 42

Czy Zamawiający miał na myśli dużą komorę kroplową o długości minimum 6 cm w części przezroczystej?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

20. Dot. Części Nr 10 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka CH 24 średnica zewnętrzna 8 mm średnica wewnętrzna 5 mm, długość 210 cm?

Odpowiedź : Tak.

21. Dot. Części Nr 10 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z CH 24 średnica zewnętrzna 8 mm średnica wewnętrzna 5 mm, długość 210 cm, z końcówką do odsysania?

Odpowiedź : Tak.

22. Dot. Części Nr 10 poz. 57

Prosimy o dopuszczenie wyceny za op. 300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 40 op. po 300 szt.

Odpowiedź : Tak.

23. Dot. Części Nr 10 poz. 61-64

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną kryzą zabezpieczającą tłok strzykawki przed wypadnięciem?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

24. Dot. Części Nr 10 poz. 61-64

Czy Zamawiający wymaga wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6% ? Zbieżność stożka Luer Tip 6% odpowiada normie medycznej, która zapewnia kompatybilność strzykawek z innymi produktami medycznymi z wejściem Luer.

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

25. Dot. Części Nr 10 poz. 61-64

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z rozszerzoną skalą o 20%?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

26. Dot. Części Nr 10 poz. 64

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak.

27. Dot. Części Nr 10 poz. 68

Czy Zamawiający dopuści rurki guedel wykonane z polietylenu?

Odpowiedź : Tak.

28. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1-2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

29. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1-2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające trzy ściągacze taliowe: jeden z tyłu i dwa boczne ściągacze, które rozciągają się o ok 3 cm każdy? Taka budowa pieluchomajtki zapewnia idealne dopasowanie produktu do ciała

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

30. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1-2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?).

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

31. Czy Zamawiający będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1-2) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź : Dopuszcza, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

32. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1-2) pieluchomajtki o zakresie obwodu 70 - 141cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

33. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1-2) pieluchomajtki o zakresie obwodu 92 - 166cm?

Odpowiedź : Tak.

34. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 4) nawilżane chusteczki do codziennej higieny osobistej, które zawierają inne substancje niż wymienione w SWZ, lecz pełniące te same funkcje? Chusteczki wykonane są z bardzo miękkiego materiału, stosowane przede wszystkim do pielęgnacji skóry w okolicy krocza osób cierpiących na nietrzymanie moczu, zwłaszcza przy zmianie produktu chłonnego. Mogą być używane również do pielęgnacji całego ciała, nie pozostawiają na skórze lepkiego filmu.

Odpowiedź : Tak.

35. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 5) piankę myjąco-pielęgnującą o pojemności 400ml, który zawiera inne substancje niż wymienione w SWZ, lecz

pełni te same funkcje i jest przeznaczona do mycia i pielęgnacji pacjenta: (emulsja olejowo-wodna) łatwa w aplikacji zapewniająca efektywne mycie i nawilżanie nawet najbardziej wrażliwej skóry? Pianka ogranicza nieprzyjemny zapach i zapewnia utrzymanie naturalnego pH skóry.

Odpowiedź : Tak.

36. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycje 1 i 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

37. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycje 1 i 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?).

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

38. Czy Zamawiający będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycje 1 i 2) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź : Dopuszcza, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

39. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny, gdyż brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

40. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające trzy ściągacze taliowe: jeden z tyłu i dwa boczne ściągacze, które rozciągają się o ok 3 cm każdy? Taka budowa pieluchomajtki zapewnia idealne dopasowanie produktu do ciała

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

41. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 1) pieluchomajtki o zakresie obwodu 70 - 141cm?

Odpowiedź : Tak.

42. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 2) pieluchomajtki o zakresie obwodu 120 - 170cm?

Odpowiedź : Tak.

43. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 2) pieluchomajtki o zakresie obwodu 92 - 166cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 3) krem łagodzący zawierający w swoim składzie min. tlenek cynku (10%), witaminę E i wazelinę. Krem jest bezzapachowy i przeznaczony dla skóry podrażnionej i wrażliwej, łatwy do rozprowadzania i usuwania, bez konieczności wcierania/ścierania. Bez substancji zapachowych i środków konserwujących oraz pozbawiony składnika pochłaniającego zapach moczu, gdyż do celu służą inne produkty stosowane do pielęgnacji pacjenta. Testowany dermatologicznie. Pojemność 100ml.

Odpowiedź : Tak.

45. Dotyczy Części Nr 3 poz.4

Prosimy o wydzielenie z Części 3 pozycji nr 4 co sprawi, że Zamawiający otrzyma konkurencyjną ofertę na pozostałe pozycje w pakiecie, co przełoży się na oszczędności Zamawiającego.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

46. Dot. Części Nr 10 poz. 42

Prosimy o dopuszczenie przyrządu spełniającego poniższy opis:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 55mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu i skrzydełkach dociskowych, na opakowaniu informacja o wielkości filtra, nr katalogowy w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylne

Odpowiedź : Tak.

47. Dotyczy Części 2 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie pieluchomajtek zgodnie z poniższym

Pieluchomajtki large L 30 szt., obwód w pasie od 100 do 150cm, brak elementów lateksowych, podwójne przylepce, indykator wilgotności w postaci dwóch pasków zmieniających kolor, dopasowane, bez ściągaczy taliowych, oddychające na całej powierzchni, chłonność – przynajmniej 2650 ml. Boczne falbanki skierowane do wewnątrz.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych norm SWZ.

48. Dotyczy Części 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie podkładu rozmiar 60x90 cm o chłonności min. 1600g

Odpowiedź : Tak.

49. Dotyczy Części 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pieluchomajtek zgodnie z poniższym

Pieluchomajtki medium M 30 szt., obwód w pasie od 85cm do 125cm, brak elementów lateksowych, podwójne przylepce, indykator wilgotności w postaci dwóch pasków zmieniających kolor, dopasowane, bez ściągaczy taliowych, oddychające na całej powierzchni, chłonność – przynajmniej 2400 ml. Boczne falbanki skierowane do wewnątrz.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych norm SWZ.

50. Dotyczy Części 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pieluchomajtek zgodnie z poniższym
Pieluchomajtki extra large XL 30 szt., obwód w pasie od 120 do 170 cm, brak elementów lateksowych, podwójne przylepce, indykator wilgotności w postaci dwóch pasków zmieniających kolor, dopasowane, bez ściągaczy taliowych, oddychające na całej powierzchni, chłonność – przynajmniej 2900 ml. Boczne falbanki skierowane do wewnątrz.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

51. Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

52. Przedmiotowe środki dowodowe Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie wymaga złożenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z zapisami rozdziału VI SWZ.

Odpowiedź : Tak

53. Pytanie do SWZ

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu

„Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek oferowanych wyrobów, kart charakterystyki, danych technicznych oraz oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SWZ.”

Zapis ten jest niezgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – art. 107 ust. 1 ustawy wprost wskazuje, że „jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą”. Zamawiający nie może wybrać innego momentu na złożenie dokumentów przedmiotowych w tym próbek w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Niedopuszczalnym jest wskazanie na złożenie przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie Zamawiającego.

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. (zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 sierpnia 2021r. KIO 1936/21)

Odpowiedź : Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 11–13 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: (...)

11) w przypadku dostarczania produktów:

- 1. a) próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,**

54. Część 1 pozycja 1-6 - Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje siatek opatrunkowych o długości 1m w stanie swobodnym i 2,5m w stanie rozciągniętym? Podana długość 1m w stanie swobodnym i 10m w stanie rozciągniętym nie występuje na rynku.

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje siatek opatrunkowych o długości 10m w stanie swobodnym i 25m w stanie rozciągniętym.

55. Część 1 pozycja 1-6 - Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje siatek opatrunkowych o długości 10m w stanie swobodnym i 25m w stanie rozciągniętym? Podana długość 1m w stanie swobodnym i 10m w stanie rozciągniętym nie występuje na rynku.

Odpowiedź : Tak.

56. Część 4 pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : Tak.

57. Część 4 pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe kartonik a'24szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : Tak.

58. Część 4 pozycja 23, 24 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : Tak.

59. Część 4 pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe kartonik a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : Tak.

60. Część 4 pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt pasków z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź : Tak.

61. Część 4 pozycja 31 Czy Zamawiający w przypadku wezwania dopuści przedstawienie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź : Tak.

62. Część 4 pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta 45 cm x 75 cm 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat EN 13795 (owinięcie)

1 x serweta 75 cm x 90 cm z otworem 10 cm i przecięciem 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat EN 13795

4 x tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

5 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml opakowana

1 x igła 1,2 mm x 40 mm różowa opakowana

1 x kleszcze plastikowe Kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa zielona 12,5 cm-13 cm

2 x rękawice nitylowe, bezpudrowe roz. M opakowane

twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety

a. Pakowane osobno

1 x Strzykawka z wodą jałową i 10 % gliceryną 10 ml

1 x Żel do znieczuleń błon śluzowych 6 ml (ampułkostrzykawka)?

Odpowiedź : Tak.

63. Część 4 pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści zestaw z ostrzem chirurgicznym nr 11 (4,4cm)?

Odpowiedź : Tak.

64. Część 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź : Tak.

65. Część 5 pozycja 2 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie, ma na myśli opakowanie a'100szt?

Odpowiedź : Tak.

66. Część 5 pozycja 4-5 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie, ma na myśli opakowanie a'50szt?

Odpowiedź : Tak.

67. Część 5 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału celulozowego Airlaid pokrytego od wewnątrz folią, o gramaturze 80g/m². Rozmiar 16 x 22 cm.

Odpowiedź : Tak.

68. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

69. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych zgodnie z EN 16523-1, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej w tym 70% izopropanol z czasem przenikania min. 44 min.?

Odpowiedź : Tak.

70. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone Certyfikatem z jednostki niezależnej?

Odpowiedź : Tak.

71. Część 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone deklaracją zgodności producenta?

Odpowiedź : Tak.

72. Część 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków RTG, z koreczkiem powyżej krawędzi, z plastikowym zabezpieczeniem chroniącym przed zakłuciem z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

74. Część 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼ "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

73. Część 9 pozycja 1 Czy Zamawiający pakowane w opakowanie a'50 oraz wycenę za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak.

74. Część 9 pozycja 12 Czy Zamawiający pakowane w opakowanie a'250 oraz wycenę za opakowanie a'250 wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak.

75. Część 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

Odpowiedź : Tak.

76. Część 10 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janeta z pojedynczą wyraźną, czytelną i trwałą skalą pomiarową koloru czarnego?

Odpowiedź : Tak.

77. Część 10 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'25 oraz wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak.

78. Część 10 pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne –wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia?

Odpowiedź : Tak.

79. Część 10 pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z zakończeniem typu Luer-Lock – męski i żeński?

Odpowiedź : Tak.

80. Część 10 pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z zakończeniem typu Luer-Lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami?

Odpowiedź : Tak.

81. Część 10 pozycja 23-24 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos pakowany indywidualnie w opakowania foliowe?

Odpowiedź : Tak.

82. Część 10 pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych nie posiadającym nadrukowanego rozmiaru i nazwy producenta na rurce poniżej konektora, ale z rozmiarem kodowanym kolorami, rozmiarem umieszczonym na opakowaniu jednostkowym oraz producentem na konektorze, reszta opisu zgodna z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

83. Część 10 pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem z łącznikiem nieobrotowym, reszta zgodna z opisem SWZ?

Odpowiedź : Tak.

84. Część 10 pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem i drenem o długości 210 cm, reszta opisu zgodna z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

85. Część 10 pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką ręczną marki Galmed (jedyne dostępne na rynku) przedstawiony na grafice, o wyłącznie poniższych parametrach?

- wykonany z PCW o jakości medycznej

Jednorazowego użytku

- jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu

- niepirogenny

- przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności

- igła komory z filtrem hydrofobowym zabezpieczona osłonką

- precyzyjny zacisk rolkowy


- filtr krwi 200 mikronów

- port do dodatkowych iniekcji

- zabezpieczony łącznik luer-lock

- długość drenu 1350 mm

- długość komory kroplowej 113,5 mm



?

Odpowiedź : Tak.

86. Część 10 pozycja 44 Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę anatomiczną jak na zdjęciu:



?

Odpowiedź : Tak.

87. Część 10 pozycja 45 Czy Zamawiający dopuści tutki intubacyjne niesylikonowane, reszta zgodna z opisem SWZ?

Odpowiedź : Tak.

88. Część 10 pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu bez portu do pobierania próbek moczu?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

89. Część 10 pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści worek przeznaczony do 7dniowego stosowania, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

90. Część 10 pozycja 48, 51

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'20 oraz wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź : Tak.

91. Część 10 pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'300 oraz wycenę za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź : Tak.

92. Część 10 pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 20 ml pakowane w opakowanie a'100 oraz wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak.

93. Część 10 pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'25 oraz wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź : Tak.

94. Część 10 pozycja 68

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów?

Odpowiedź : Tak.

96. Część 1: Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową służącą do podtrzymywania opatrunków o składzie: jedwab poliamidowy - 50%, jedwab poliuretanowy - 50%?

Odpowiedź : Tak.

97. Część 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek zawierających alantoinę pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

98. Część 3 poz. 3: czy Zamawiający dopuści krem w opakowaniu a'100 ml z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak.

99. Część 3, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu o pojemności 200ml, z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

100. Część 4 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści jałową gazę bawełnianą w klasie Is, reg. 4? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Gaza w klasie Is jest jałowa, co oznacza, że jest w pełni bezpieczna do stosowania w procedurach wymagających jałowości. Klasa IIa dotyczy głównie wyrobów inwazyjnych lub przeznaczonych do długotrwałego kontaktu z ciałem, natomiast gaza standardowo używana jest do celów absorpcyjnych, odkażających czy zabezpieczających rany, czyli nieinwazyjnych.

Odpowiedź : Tak.

101. część 4 poz.9: Czy Zamawiający dopuści ligninę o parametrach: gramatura pojedynczej warstwy arkusza: 41 g/m², chłonność: 12 g/g wg. PN-EN ISO 12625-8 oraz czas absorpcji wody: 6,3 sekundy PN-EN ISO 12625-8?, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

102. Część 4 poz. 10-12: Czy Zamawiający dopuści bandaże pakowane w opakowania typu flow-pack z folii polipropylenowej?

Odpowiedź : Tak.

103. Część 4 poz. 13-16: Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane w opakowanie z folii polipropylenowej z pełną identyfikacją produktu o rozciągliwości 120%, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

104. Część 4 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

105. Część 4 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 x 7,2cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

106. Część 4 poz.18: Czy Zamawiający dopuści plaster 1m x 6cm z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

107. Część 4 poz.19: Czy Zamawiający dopuści plaster 1m x 6cm z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

108. Część 4 poz.20: Czy Zamawiający dopuści plaster 1m x 8cm z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

109. Część 4 poz.21: Czy Zamawiający dopuści plaster 1m x 8cm z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

110. Część 4 poz. 24-25: czy Zamawiający dopuści przyklepiec z białej mikroporowatej włókniny celulozowej pokrytej klejem akrylowym, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

111. Część 4 poz. 26-28: czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną nie posiadającą metrycznej podziałki, opakowanie kartonik bez funkcji dyspensera, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

112. Część 4 poz. 29: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź : Tak.

113. Część 4 poz. 29: czy Zamawiający dopuści watę pakowaną a'500g z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak.

114. Część 4 poz. 29: Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową, która jest wyrobem higienicznym i posiada 23% stawkę VAT?

Odpowiedź : Tak.

115. Część 4 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardej blister + worek foliowy (strzykawki poza twardej blistrem) o składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5 cm	1
Rękawice nitylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	13 cm (+/- 0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Odpowiedź : Tak.

116. Część 4 poz. 31: Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w twardej blister o składzie:

Tupfer kula 17N	20x20cm	3
Pęseta plastikowa, zielona	13cm	1
Pęseta metalowa anatomiczna ADSON	12,5 cm (+/-0,3)	1
ostrze typu STITCH CUTTER	6,5cm (+/-0,3)	1

Odpowiedź : Tak.

117. Zadanie 4, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści gazę składaną po długości?

Odpowiedź : Tak.

118. Zadanie 4, poz.6-8

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : Tak.

119. Zadanie 4, poz.13-16

Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne o dł. 5 m.b.?

Odpowiedź : Tak.

120. Zadanie 4, poz.22-23

Czy zamawiający dopuści kolor biały przylepca?

Odpowiedź : Tak.

121. Czy zamawiający

Dopuszcza wycenę za rolkę przylepca o dł. 9,14 mb, bez dodatkowego przeliczania zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak.

122. Zadanie 4, poz.22-23,24-25

Czy zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik odpowiedni dla rozmiaru, po:

- rozmiar 5 cm x 9,14 m - opakowanie kartonik x 6 rolek
- rozmiar 2,5 cm x 9,14 m – opakowanie kartonik x 12 rolek
- rozmiar 1,25 cm x 9,14 m – opakowanie kartonik x 24 rolki
- **Odpowiedź : Tak.**

123. Zadanie 4, poz.31-32

Czy zamawiający wydzieli poz.31-32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Zabieg ten zwiększy wachlarz ofert i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

124. Zadanie 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku, gram. minimum 17g (lub większą), rozm. 160 x 210?

Odpowiedź : Tak.

125. Zadanie 5, poz.2

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości folii ok.24 mikrony, ściągane gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 40-41 cm x 15-16 cm. Kolor niebieski.?

Odpowiedź : Tak.

126. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 op = 100 szt. ochraniaczy?

Odpowiedź : dopuszcza, nie oczekuje.

127. Zadanie 5, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Do wyrobu: Gramatura min. 20 g; *rozmiar uniwersalny, o wymiarach:*

- *Mankiet 5 cm*
- *Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)*
- *Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko*
- długość rękawa 54 cm
- szerokość rękawa 25,5 cm przy ramieniu
- długość troka przy szyi 44 cm x 2 szt.
- długość troka w pasie 96 cm x 2 szt.

Odpowiedź : Tak.

128. zadanie 5, poz.4

czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE > 98%; PFE > 98% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź : Tak.

129. Zadanie 5, poz.5

Czy zamawiający dopuści myjkę w formie gąbki, jednorazowa gąbka, nasączona żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, 24 szt w opakowaniu, zbiorczo 125 op/karton (3000 gąbek) ; wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%, włókno poliestrowe - 100 g/m² ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź : Tak.

130. Czy zamawiający wskaże ile 1 op zawiera sztuk myjki w arkuszu cenowym?

Odpowiedź : 50 szt.

131. Czy dopuści przeliczenie za 1 op= 24 szt.?

Odpowiedź : Tak.

132. Zadanie 5, poz.6

Czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min. 16 g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera lub w opakowanie foliowe gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor zielony lub niebieski, produkt niejłowy?

Odpowiedź : Tak.

133. Zadanie 5, poz.7

Czy zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem, która posiada wycięcie "V" lub U?

Odpowiedź : Tak.

134. Czy Zamawiający w Części 9 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli dożylniej, bezpiecznej wykonanej z poliuretanu; z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, skrzydełka wyposażone w otwory, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia. Kaniula posiada wtopione paski radio cieniujące – 6 pasków RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja oznaczenia rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności. Igła z automatycznym zabezpieczeniem plastikowym (zatrzaśkiem) zapobiegającym zakłuciu; w rozmiarach odpowiednio: 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min., 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min., 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min., 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min., 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min., 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min., 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min., 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

135. Czy Zamawiający w Części 9 poz. 2 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

136. Pakiet 6

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź : Dopuszcza, nie wymaga.

137. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni min. 0,05 mm. Rękawice odporne na przenikanie co najmniej 16 związków chemicznych wg EN 16523.

Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : Tak.

138. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

139. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu $0,08 \pm 0,03$ mm, dłoni $0,07 \pm 0,02$ mm. Rękawice odporne na przenikanie co najmniej 16 związków chemicznych wg EN 16523.

Odpowiedź : Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.